

Ultra Mini Perkütan Nefrolitotomi Seti arnamesi

1. Set böbrek içindeki taşların Ultramini Perkütan Nefrolitotomi tekni ile tedavi edilmesi amacıyla özel olarak yapılandırılmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Set asgari olarak aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - a) **Ultramini nefroskop opti i:** Optik 3.0 Fr çapında, 0 derece görüntüleme açısına sahip, 85 derece görüntüleme alanı olan, otoklavlanabilir optik olmalıdır. Ameliyathanede kullanılan tüm kamera sistemleriyle uyumlu olmalıdır.
 - b) **Ultramini nefroskop iç kılıfı:** Bir adet 6.0 Fr çapında - 220 mm uzunluğunda ve bir adet 7,5 Fr çapında - 220 mm uzunluğunda otoklavlanabilir iç kılıf verilmelidir.. Kılıf üzerinde iki yanda irrigasyon sıvısı ve lazer fiberi bağlantısına uygun iki port bulunmalıdır.
 - c) **Ultramini nefroskop water jet dış kılıfı ve obturatörü:** Water jet dış kılıfı bir adet 11 Fr çapında - 150 mm uzunluğunda, bir adet 13 Fr çapında - 150mm uzunluğunda ve bir adet 13 Fr çapında - 180mm uzunluğunda otoklavlanabilir olmalıdır. irrigasyon kılıfı kırılan taş fragmentlarının su irrigasyonu ile dışarı alınmasını sağlayacak şekilde özel dizayn edilmiş olmalıdır ve obturatör ile tam uyumlu çalışmalıdır.
3. Ultramini nefroskop universal kamera bağlantısına sahip olmalı, ı k kablosu bağlantı noktası için ameliyathanelerde sıklıkla kullanılan ı k kablolarına uygun adaptörleri olmalıdır. (Storz, wolf vb.)
4. Ultramini nefroskop kullanım esnasında pozisyonlanabilme ve kolay kullanımı açısından 360 derece rotatif olmalıdır.
5. Seti oluşturan tüm parçalar aynı üreticinin ürünleri olmalı ve birbiriyle tam uyumlu çalışmalıdır.
7. UMP seti ile birlikte sterilizasyon sepeti verilecektir.
8. Ultramini nefroskop hasar gördüğünde tamiri mümkün olmalıdır.
9. Seti oluşturan parçaların T TUBB de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı'na onaylanmış olması gerekmektedir.
10. Seti oluşturan parçalar imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.