

ARTİKULASYONLU LAPAROSKOPIK MAKAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Raketli kilitli ve kilitsiz heandle seçeneđi olmalıdır
- 2-5 mm apında ve 40 cm uzunluđunda olmalıdır.
- 3-Single port ile uyumlu olmalıdır
- 4-Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilmeli ve gövdeden 70 derece açı yapabilmelidir.
- 5-Paslanmaz elik gövde ve plastik kabzadan oluşmalıdır
- 6-otoklavlanabilmeli sıvı sterilizasyon ve etilen oksitle steril edilebilmelidir.
- 7-metzembaum model olmalıdır.

ARTİKULASYONLU LAPAROSKOPIK GRASPER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Raketli kilitli ve kilitsiz heandle seçeneđi olmalıdır
- 2-5 mm apında ve 40 cm uzunluđunda olmalıdır.
- 3-Single port ile uyumlu olmalıdır
- 4-Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilmeli ve gövdeden 70 derece açı yapabilmelidir.
- 5-Paslanmaz elik gövde ve plastik kabzadan oluşmalıdır
- 6-otoklavlanabilmeli sıvı sterilizasyon ve etilen oksitle steril edilebilmelidir.
- 7-Cliv duck bill model olmalıdır.