

ASPIRASYON VE İRİGASYON CİHAZI (PURGATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz 100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cerayanı ile çalışabilmelidir
- 2- İrrigasyon basıncı değışebilmeli ve içi boş organ yada kavite 0-200 mmHg ile batın içinde 0- 400 mmHg değerleri arasında ayarlanabilmelidir.
- 3- Akış hızı değışir, boş organ yada kavite 0-500 ml/ dakika ile batın içerisinde ise 0-1000 ml/dakika değerleri arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 4-Universal kullanım için kuvvetli emme/yıkama pompası mevcut olmalıdır
- 5-Emme şişesi taşmaya karşı korumalı sisteme sahip olmalıdır
- 6-Cihaz özel emme/yıkama enstrümanları ile kullanılabildiği gibi fiberoskoplar ile de kullanılabilmelidir
- 7-Ses seviyesi ile otomatik olarak uyarı yapmalıdır
- 8-Cihaz aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir:
 - 1 adet elektrik kablosu
 - 1 adet Filtre
 - 1 adet silikon tüp seti yıkama için (steril edilebilir)
 - 1 adet silikon tüp seti emme için (steril edilebilir)
 - 1 adet 10 lu paket emme ve yıkama tüpü, iki yollu musluklu
 - 1 adet bakteri filtre seti, steril ve 10lu paket halinde