

FLEXİBLE KARACİĞER EKARTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flexible özelliğinde olmalıdır.
2. Çalışma uzunluğu kurulmuş halde 380 (+/-10)mm, açık düz halde 530(+/-10) olmalıdır.
3. bükülebilen kısmı 210(+/-10)mm ve kurulduğunda üçgen şeklini almalıdır.
4. Üzerinde temizleme için luer lock bağlantısı olmalıdır.
5. Sap kısmında bulunan çevirme kolu yardımıyla kurulmalıdır. çevirme kolu ve el tutamağı polikarbon malzemedden olmalıdır.
6. Trokar içerisinden girdikten sonra üçgen pozisyonu alabilmelidir.
7. Otoklavlanabilmelidir.
8. Resuable olmalıdır.