

## SİLİKON İNSÜFLATÖR HORTUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Silikon olmalıdır.Reusable olmalı ve otoklavlanabilir olmalıdır.

2-Uzunluğu 3 metre olmalıdır.

3-hortum uçlarında orijinal acutajları olmalıdır.

4-Hortumun cihaza katılan kısmı Karl Storz ve Gimmi Marka İnsüflatör cihazlarına Uygun olmalıdır.

5-Hortum set halinde açılmamış Orijinal Paketinde teslim edilmelidir.